

离心管加样要求

离心管/离心瓶	所要求加样的量（水平）		
	水平转头	定角转头	垂直转头
PA材质			
薄壁开口管	离管口2-3mm处	满管，加盖	无
厚壁开口管	至少1/2管	至少1/2管--无盖 加满--有盖	无
指封管	满管，加塞子	满管，加塞子	满管，加塞子
快封管	满管，加热密封	满管，加热密封	满管，加热密封
锥形快封管	满管，加热密封	无	无
锥形开口管	离心管2-3mm处	无	无
离心瓶	无	少量--大量，加螺旋盖	无
UC材质			
开口管	离管口2-3mm处	满管，加盖	无
快封管	无	满管，加热密封	满管，加热密封
PC材质			
厚壁管	至少1/2管	至少1/2管--无盖 加满--有盖	无
厚壁离心瓶	无	少量--大量，加螺旋盖	无
PP材质			
离心管/离心瓶	至少1/2管	至少1/2管--无盖 加满--有盖	无